ジェイシード株式会社


JS pin system

JS ピンシステム




JS pin system / JSピンシステム

1




骨折部を整復後、パワーツールを用いて適切な長さの JS ピンを平行に 2 本刺入します。

2




直径 1.2mm 以下の軟鋼線（※）をワイヤーループ 2 箇所に通し、8 の字に締結します。
※. 弊社取扱いのスーチャーワイヤーをご利用頂けます。

3



ワイヤーループをピンスナッパーを用いて、適切に骨面に打ち込みます。

4



望ましい整復位に達するまでワイヤーにテンションをかけます。最後に JS ピンの把持部をピンスナッパーもしくは、鉗子等を用いて折り曲げ切断します。必要に応じて JS ピンの先端側も切断して下さい。

カタログ NO.	品　名	長さ	ピン直径	ワイヤーループ内径	把持部	入数	JAN コード
JTBP30-3L	JS ピン	30mm	2.0mm	1.8mm	60mm	2	4589907293327
JTBP50-3L		50mm			50mm	2	4589907293044
JTBP70-3L		70mm			50mm	2	4589907293051
JTBP90-3L		90mm			50mm	2	4589907293068

材質：ステンレス鋼　販売名：JS ピンシステム　医療機器承認番号：22600BZX00316000　保険償還分類：金属ピン・F7-c-2



製造販売元 ジェイシード株式会社
〒260-0843
千葉県千葉市中央区末広 4 丁目 24-1
TEL：043-308-5094　FAX：043-308-5095

代理店